



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
VAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SBÜ, VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

26.09.2019

Sayı :

Konu : Tıbbi İyileştirici

PIYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 (BİR) Kalem tıbbi malzeme alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi F / bendi gereğince "Doğrudan temin Usulü" satın alınacaktır.

Asgari birim fiyatların yazılı teklifin zarf içinde 27/09/2019 tarih ve saat 11:00'e kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, 0432-216 47 41- 04322121954Nolu faksla fakslanması veya E-mail (vaneah.satinalma@saglik.gov.tr) adresine mail gönderilmesi ;

Bilgilerinize rica olunur.

Doç.Dr.Sebahattin ÇELİK
Başhekim

Ortopedi serv. Hasta=ALİYE ŞEN

Sıra No	MALIN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
2	BAG/TENDON/DOKU TAMIRI TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VIDA/ZIMBA ANKORLAR İÇNELİ/İÇNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ (POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) TİTANYUM 3.5mm VE ALTI AE1250	3	ADET		
7					
				GENEL TOPLAM	

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.
- * Alınacak ürünler set halinde olup, Teklifler toplam değer üzerinden değerlendirilecektir.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, veya ticaret unvan yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Sterilizasyon ücreti yüklenici firmaya aittir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacak,
- * İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla hastanemiz satın alma birimine gönderilecektir.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.
- * Firma tanımlayıcı UBB kodu çıktısı her kalem için teklif mektubuna eklenmesi zorunludur.
- * UBB kullanıcı çıktısı eklenmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KAŞE İMZA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

SUTURE ANKOR

- Omuz rotator cuff Bankart tamirlerinde, slap lezyonlarında ve küçük eklem tendon tamirlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- Self taping ve vidalı yapıda titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
- Ankorum boyları 2.0mm - 2.5mm - 3.0mm - 3.5mm - 4.0mm - 4.5mm - 5.0mm - 5.5mm - 6.0mm olmalı.
- Anchor arkasında takılı ipler 2 numara uhmwpe sutur olmalı ve 2adet sutur 4 uç olmalıdır.
- İğneli suture ankor ip uzunluğu 75cm olmalıdır.
- İğnesiz suture ankor ip uzunluğu 90cm olmalıdır.
- Suturen çekme ve dayanıklılık testi olmalıdır.
- Steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.

Dr. Dr. Mustafa Kemal
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Etiler Hastanesi

Dr. Dr. Mustafa Kemal
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Etiler Hastanesi

Dr. Dr. Mustafa Kemal
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Etiler Hastanesi